

COVIDIEN

positive results for life™

Termómetro electrónico FILAC™ 3000
Guía de uso

Medición Oral/Axilar:

Asegúrese que la cámara de aislamiento AZUL este correctamente acoplada.



Asegúrese que el modo correcto este seleccionado en la pantalla LCD.

Para modificar el modo presione el botón de selección (oral/axilar) del panel frontal.



Introduzca una nueva funda para sonda FILAC 3000 y coloque la sonda en el sitio elegido.

Oral



Para temperaturas orales introduzca la punta de la sonda en el espacio sublingual junto al frenillo -.ver diagrama. El paciente debe mantener la boca cerrada durante la medición.

Axilar



Para temperaturas axilares coloque la punta de la sonda en la axila, en contacto directo con la piel del paciente. Baje el brazo. La sonda debe estar colocada de forma paralela a la columna vertebral.



Durante la medición se verá la barra de progreso. Un pitido largo indicará que la medición ha finalizado y el resultado se mostrará en la pantalla LCD.



Después de la medición pulse el botón superior de la sonda para expulsar la funda usada en un recipiente de desechos biológicos.

Medición rectal: Para mediciones profundas por favor leer el manual de instrucciones

Asegúrese que la cámara de aislamiento ROJA este correctamente acoplada y se vea el icono de modo rectal.



Si es necesario lubrique previamente la sonda. Introduzca la sonda en el recto, inclinándola ligeramente para asegurar el contacto apropiado con el tejido. Manténgala en el sitio.

Durante la medición se verá la barra de progreso. Un pitido largo indicará que la medición ha finalizado y el resultado se mostrará en la pantalla LCD.



Después de la medición pulse el botón superior de la sonda para expulsar la funda usada en un recipiente de desechos biológicos.

Modo directo

El icono de la tortuga significa que se ha activado el modo directo. Esto puede ser debido a un bajo contacto con tejido o una temperatura inestable del paciente. Para más detalles por favor leer el manual de instrucciones.

Temporizador de pulso

El temporizador de pulso puede ser seleccionado presionado el icono. Se escuchará un pitido a los intervalos de 15, 30, 45, 60 segundos .

°C/°F

Para cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit oprima el botón de C/F.

COVIDIEN

COVIDIEN, su logo y otras marcas como Meditrace y Cadence son marcas registradas de Covidien AG y/o afiliadas.
© 2008 Covidien AG y/o afiliadas. Todos los derechos reservados.
2008/1 TY0639

Covidien Spain SL,
Frucutos Gelabert, 6-8, 8ª Planta
08970 Sant Joan Despi
Barcelona

93 475 86 68 [T]
93 475 86 56 [F]

www.covidien.com